

Bisco

CE0459

ELITEFLO™ LV *Light-Cured*

Radiopaque Low Viscosity Composite

Instructions for Use

FI



U.S. Patent: 5,865,623

IN-194R2
Rev. 1/13

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

ÆLITEFLO™* LV

Radio-opaakki matalaviskoosinen yhdistelmämuovi

YLEISTIETOJA

ÆLITEFLO LV on valokovetteinen, hyvin radio-opaakki mikrohybridiyhdistelmämuovi, jolla on matala kimmomoduli.

Käyttöaiheet:

1. Kaviteetin alustäyte
2. Fissuurapinnoite
3. Preventiivinen täyte
4. Allerojen täyttämiseen

Varoitus:

- Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos ainetta joutuu kosketukseen ihon kanssa, huuhtele runsaalla vedellä useita minuutteja.

Varoitus:

- Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöisiä osia. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet kärjet. Älä puhdista, desinfioi tai uudelleen käytä.

Muistutus:

- Polymerisoitumattomat resiniit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Vältä ihokosketusta. Ihokontaktin sattuessa pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Sidosaineita käytettäessä sylikontaminaatio heikentää merkittävästi dentiinisidosta.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä tuotteen omasta etiketistä.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Paikka saattaa vaikuttaa sileältä ja kiillotetulta heti paikkauksen jälkeen, mutta paikan päällä on kuitenkin happi-inhibiitoros, joka täytyy poistaa, jotta paikka ei värjäytyisi.

KÄYTTÖOHJEET

1. Valitse sopiva ÆLITEFLO LV -sävy.
2. Poista ruiskun korkki ja kiinnitä neulakärki tukevasti.
3. Tarkista, että kaviteetti on puhdistettu riittävän hyvin käytettävän sidostusjärjestelmän käyttöohjeiden mukaisesti.
4. Käytä sidosainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
5. Käytä aikaisemmin valitsemaasi värisävyä. Vie yhdistelmämuovia preparoituun kaviteettiin 1–2 mm:n kerroksina.
6. Valokoveta jokaista lisätyä kerrosta 20 sekuntia. Jatka kerrosten lisäämistä haluttu määrä.

SÄILYTYS: Säilytettävä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteiden sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

* ÆLITEFLO on BISCO, Inc:n tavaramerkki.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92