

XP-TEKNOLOGIALLA VALMISTETUT INSTRUMENTIT

Hoito-ohje

XP-teknologialla valmistettujen instrumenttien hoito-ohje

American Eagle Instrumets (AEI) suunnittelee ja valmistaa instrumentteja XP Teknologialla™, joita voi käyttää toistuvasti ilman teroitusta. Instrumentit säilyttävät alkuperäisen muotonsa ja rakenteensa koko instrumentin käyttöiän ajan. Vaikka XP-instrumentteja voidaan puhdistaa ja steriloida samalla tavalla, kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettuja instrumentteja, seuraavat ohjeet lisäävät XP Teknologialla™ valmistettujen instrumenttien käyttöikää ja suorituskykyä.

Tekniikka
- Instrumentteja tulee käsitellä varoen; mitä terävämpi reuna sitä ohuempi terä.
- Poista hammaskivi kevyesti 4-6 vedolla hampaan pinnalta.
- Älä murra hammaskiveä.
- Älä käytä ylimäärien, amalgaamin tai yhdistelmämuovin työstämiseen.

Hoito
- Käytä instrumenttikasetteja puhdistuksen ja varastoinnin aikana.
- Testaa instrumentin terävyys säännöllisesti AEI-testipuikon avulla (tuotekoodi 39701).

Puhdistus
- Puhdista instrumentit viipymättä ultraäänipesulaitteessa. Suositeltu puhdistusaika on 20 minuuttia.
- Erottele XP Teknologialla™ valmistetut instrumentit muista instrumenteista ennen puhdistusta/sterilointia. AEI ei suosittele erilaisten metallien sterilointia yhtä aikaa.
- Käytä pH-neutraalia pesuainetta.
- Huuhtele instrumentit vedellä ultraäänipuhdistuksen jälkeen.
- Kuivaa instrumentit ennen sterilointia.
- Älä käytä klooripitoisia tai happamia puhdistusaineita

Sterilointi
- Autoklavoi instrumentit. Noudata laitteen valmistajan suosituksia.
- Kuivausohjelma on sallittu innstrumenteille.

Varastointi
- Kuivaa instrumentit huolellisesti ennen varastointia.

HAMMASVÄLINE

HAMMASVÄLINE OY | PL 15, 02101 Espoo | puhelin 010 588 6000 | www.hammasvaline.fi |