Vastaanoton desinfiointi- ja puhdistussuunnitelma sekä käsien suojaussuunnitelma

ottaen huomioon työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan määräyksen BGV A1, BGR 250/TRBA 250, BGI 775 ja § 36 Infektiosuojalaki

mitä Kohde, jota huolletaan	miten Toimintatapa	millä Työaine (esim. desinfektioaine, VAH/DGHM-listattu), valmiste, annostus, vaikutusaika	milloin Hygieenisten toimenpiteiden ajankohta, toistuvuus, järjestys	kuka Vastuullisen henkilön nimi ja allekirjoitus
Instrumentit				
Instrumentit ja apuvälineet: • Yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat ja leukaortopediset toimenpiteet, esim. jäljennösluskat, tarjottimet, kasetit, tablettit, lasit, imukanyylit ja irrotettavat imukyrkimet • Kirurgiset, parodontologiset ja endodontiset toimenpiteet, esim. ruiskut, atulat, vivut **Pyörivät ja värähtelevät instrumentit:** • Yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat ja leukaortopediset toimenpiteet, esim. kiillottimet, porat, jyrsimet, hiomalaitteet, viimeistelijät • Kirurgiset, parodontologiset ja endodontiset toimenpiteet, esim. endodontia-/parodontologiainstrumentit ja kirurgiset, pyörivät instrumentit	**Intsrumenttien käsittely:** 1. Kontaminaatiolta suojatusti **kuljetus** käsittelypaikalle 2. **karkean orgaanisen lian poistaminen** paperipyyhkeellä 3. **Desinfiointi ja puhdistus** 3.1 Märkäkemiallisesti: • Intrumenttien sukeminen osiin purettuna ja nivelet avattuina, ilmakuplattomasti desinfektio- ja puhdistusaineluoksean (tarvittaessa ultraäänikylpyyn) sisä- ja ulkopuolella kokonaan liuoksen peittoon • Pesu, huuhtelu vaikutusajan päättyttä juoksevan veden alla, kuivaus 3.2 Koneellisesti: • Desinfiointi ja puhdistus puhdistus- ja desinfektiolaitteessa, kuivaus 4. Puhtauden, ehjyyden **tarkastus**, tarvittaessa toistetaan vaihe 3 5. **Tunnistus** 6. **Hoito ja kunnostus** 7. **Toiminnan tarkastus** 8. **Merkintä** (vaatimuksen mukaan) 9. **Höyrysterilointi** tehokkaalla, validoidulla menetelmällä: 9.1 Ei kriittiset instrumentit*: höyrysterilointia ei tarvita 9.2 Puolikriittiset instrumentit**: pakkaamattomina tarjottimien päällä, sihtiosat, tablettit, jalustat, kuoriosat, jne. tai pakattuina steriilipakkauksen EN 868 mukaisesti 9.3 Kriittiset instrumentit***: pakattuina steriilipakkauksen EN 868 mukaisesti 10. Lääkinnällisten tuotteiden dokumentointi **hyväksyntä** käyttöä varten 11. Kontaminaatiolta suojattu **varastointi**, varastointiaika EN 868 mukaisesti	 ID 212 / ID 212 forte / ID 213: VAH/DGHM mukaan 2 % / 5 min; ultraäänikylpy 2 % / 60 min; ultraäänikylpy + pesukone 2 % / 60 min, 4 % / 30 min, 2 % / 30 min ID 220: 100 % / 1 min; 100 % / 0,5 min Yleisille ja kirurgisille instrumenteille: **ID 212, ID 212 forte, ID 213** Pyöriville instrumenteille: **ID 220** laimentamaton Puhdistus- ja desinfektiolaite: Ohjelma: Lämpötila/pitoaika: Höyrysterilointilaite: **autoklaavi** Ohjelma: Lämpötila/pitoaika:	Käsittely tapahtuu suoraan hoitotoimenpiteiden jälkeen ottaen huomioon riskianvioinnin ja lääkinnällisten tuotteiden luokituksen Puhdistus- ja desinfektiolaitteessa kuivasäilytys ennen desinfektiota, ei yli 6 tuntia	
Siirtoinstrumentit Käyttö: yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat, leukaortopediset, kirurgiset, parodontologiset tai endodontiset toimenpiteet, esim. turbiini, käsi- ja kulmakappaleet **Lisälaitteet** Nesteiden ulostulolla/ilman ulostuloa ja/tai ilman tai hiukkasten kanssa, esim. hammaskiven poistolaitteet, jauhesuihkulaitteet, intraoraali kamera, jne.	**Käsitely tapahtuu kuten edellä mainittujen instrumenttien kohdalla (vaihe 3 ja 9 valmistajan ohjeiden mukaan)** Ulkopuoli: pyyhintädesinfektio ja puhdistus Sisäpuoli: puhdistus, hoito (sisäosien öljyäminen) **Koneellinen käsittely:** Desinfektio/puhdistus puhdistus- ja desinfektiolaitteessa, sisäpuolen puhdistus ja sisäosien hoito	 **FD multi wipes** (kertakäyttöpyyheet): **FD 322**, laimentamaton, 15 sek **FD 333**, laimentamaton, 1 min **FD 366 sensitive**, laimentamaton, 1 min **FD 333 wipes**, laimentamaton, 1 min **FD 350 desinfektiopyyhkeet**, laimentamaton, 15 sek Valmiste, laite: Laite: Ohjelma: Lämpötila/pitoaika:	Jokaisen hoitotoimenpiteen ja kontaminaation jälkeen	
Pinnat				
Pinnat ja lattiat Tutkimus- ja hoitohuoneissa (esim. hoitoyksikkö, laitteet, kaapit)	Pinnat desinfioidaan ja puhdistetaan hankaus-pyyhintädesinfektiomenetelmällä (sopivalla märkäpyyhintämenetelmällä). Ei huuhtelua eikä kuivaksi pyyhintää ennen kuin vaikutusaika on päättynyt. Pinnat kostutetaan uudelleen heti, jos ne ovat näkyvästi kuivia	 **FD 300**, 1 % (10 ml/l vettä) 15 min **FD 312**, 1 % (10 ml/l vettä) 15 min **FD 370 cleaner vastaaoton puhdistusaine**, 1 % (10 ml/l vettä) **FD multi wipes**, kertakäyttöpyyhkeillä tai hygieenisesti käsitellyillä pyyhkeillä, useaan käyttöön tarkoitetuilla pyyhintäpäällisillä **FD 300 top wipes**, laimentamaton, 2 min **FD 312 wet wipes**, laimentamaton, 15 min	Työpäivinä (esim. vastaanottopäivän lopussa), lisäksi tarvittaessa	Siivooja, laitoshuoltaja
Esineet ja pienet, potilaan lähellä olevat pinnat, jotka ovat saastuneet ja joita ei voida desinfioida lämpökäsittelyllä eikä liuoksen upottamalla (esim. hoitoyksikkö, laitteet, työpinnat, kalusteet, röntgenlaite, valon kahva, intraoraalit filmikotelot)	Pyyhkiminen pikadesinfektioaineella Suihkedesinfektio rajoitetaan alueille, johin ei pyyhkimällä ulotuta Varmista täydellinen kosteuminen, noudata vaikutusaikaa, anna kuivua Puhdistus ja hoito (esim. hoitoyksikkö)	 **FD multi wipes** (kertakäyttöpyyheet): **FD 322**, laimentamaton, 15 sek **FD 333**, laimentamaton, 1 min **FD 366 sensitive**, laimentamaton, 1 min **FD 300 top wipes**, laimentamaton, 2 min **FD 333 wipes**, laimentamaton, 1 min **FD 350 desinfektiopyyhkeet**, laimentamaton, 15 sek **FD 360 keinonahan puhdistusaine**, laimentamaton	Hoitoalueella jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen ja kontaminaation jälkeen Tarvittaessa	
Ihon suojaussuunnitelma	Määrätyten mukaan on oltava käsien pesupaikka, jonka luokse pääsee helposti ja jossa on lämmin ja kylmä juokseva vesi, ihoystävällisen pesuaineen suora-annostelija, käsien desinfektioaine sekä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä. Käsissä tai rannetissa ei saa olla koruja, kelloja tai sormuksia.			**Iho ja kädet**
Iho, joka on rasittunut • Suojavaatteissa työskeneistä, esim. desinfektioaineista, puhdistusaineista, röntgenkehityksenkemaaleista • Muista kuin vesiseksettäisista työaineista, esim. orgaanisiste liuotinaineista, pesubensiinistä • Kosteuskerääntymä ja ihon pehmenemisen (maseration) esim. suojakäsineiden käytöstä	**Käsien puhdistus:** Juoksevan veden alla automaattisesta annosteljusta saatavalla ihoystävällisellä nestesaippualla, kuivaus kertakäyttöpyyhkeellä	 Ihoystävällisel nestemäiset pesuvalmisteet: **HD 425 tai HD 435** suoraannosteljusta Kertakäyttöinen käsipyyhe	Ennen työn aloitusta, työn päättyttä, kun havaitaan näkyvää likaa, ennen lounastaukoja, jokaisen WC-käynnin jälkeen, aivastuksen, nenän puhdistamisen ja yskimisen jälkeen	Kaikki työntekijät
	Ihon suojaus ja hoito: Levitä huolellisesti sormien väliin, kynnenreunuksiin ja kädensellämyksiin	 **HD 440** tai suojaava emulsio W/O		Kaikki työntekijät
Iho, ei fysiologinen mikrobikanta esim. bakteereita, sieniä, viruksia	**Käsien hygieninen desinfektio:** Hiero käsien desinfektioainetta CEN/EN 1500 -menetelmän mukaisesti kuivumiseen asti. Käsien on oltava ilmakuivat ennen kuin hoitoalan kertakäyttökäsineet vedetään käsiin. **Käsien kirurginen desinfektio:** Pese käsiä ja käsivarsia kynnärpäihin asti 1 minuutin ajan, harjaa tällöin kynnenaluset ja reunat tarvittaessa. Kostuta kädet ja käsivarret täydellisesti hieramalla (CEN/EN 12791 -menetelmän mukaisesti) ja lisäämällä käsien desinfektioaineusta annokshtain ja pidä vaikutusaikana koko ajan kosteana. Käsien on oltava ilmakuivat ennen kuin hoitoalan steriilit kertakäyttökäsineet vedetään käsiin.	 **HD 410**, vähintään 3 ml, 15 sek **HD 412 essential**, vähintään 3 ml, 30 sek **HD 410**, vähintään 10 ml, 1,5 min **HD 412 essential**, vähintään 5 ml, 5 min	Ennen töiden valmistelua, aina ennen hoitotoimenpiteitä ja niiden jälkeen, hoitotoimenpiteen keskeytyessä, työpaikan huohtokiden jälkeen, ennen käsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen Ennen laajoja hammashoidoilla-kirurgisia/suukirurgisia toimenpiteitä, ennen kaikkia hammashoidoilla-kirurgisia/suukirurgisia toimenpiteitä potilaille, joiden kohdalla lisääntynyt infektioriski	Kaikki työntekijät
Erikoisalueet				
Imulaite, imuletkut (sisäpuoli) **Suunhuuhteluallas** (sisäpuoli)	Puhdistus vesi-ilmaseoksen läpi-imulla, erityisesti kun verta on imetty	kylmä vesi (vähintään 1/2 litraa)	Jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen	
	a) Desinfektio: Ilmasta ja desinfektio-/puhdistusaineluoksesta muodostuvan seoksen imu hitaasti läpi b) Puhdistus: Kerääntymien poistaminen (kalkki, bakteerit, jauhesuihkulaitteiden suolot) Suunhuuhteluottaan desinfektio ja puhdistus	 Tiivisteliuos sekoitetaan hoitojärjestelmään **OroCup** ja imetään pois a) **Orotol® plus**, 2 % (20 ml/l vettä), 60 min b) **MD 555 cleaner**, 5 % (50 ml/l vettä), 30 – 120 min **MD 550**, laimentamaton	a) 1- 2 kertaa päivässä, vähintään työpäivän päättyttä b) 1- 2 kertaa viikossa, ennen lounastaukaa Lisäksi tarvittaessa	
Suodattimet **Amalgaaminerotin**	Suodattimen vaihtaminen tai puhdistus valmistajan määräyksen mukaisesti Keräysastian vaihto/tyhjennys ja erotetun aineen hävittäminen valmistajan tietojen mukaisesti	Käytettävä käsineitä Älä koske erottimen saastuneisiin osiin, käytä suojakäsineitä	Käsineitä käytettävä tarvittaessa Tarvittaessa	
Imuletkut (ulkopuoli) **jne.** **Suunhuuhteluallas** (sisä- ja ulkopuoli)	Desinfektio ja puhdistus pyyhkimällä	 **FD multi wipes** (kertakäyttöpyyheet): **FD 322**, laimentamaton, 15 sek **FD 333**, laimentamaton, 1 min **FD 366 sensitive**, laimentamaton, 1 min **FD 300 top wipes**, laimentamaton, 2 min **FD 333 wipes**, laimentamaton, 1 min **FD 350 desinfektiopyyhkeet**, laimentamaton, 15 sek	Jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen	
Jäljennökset esim. alginaatit, silikonit, polyeetterikumi, hydrokolloidit, polysulfidit, jne. sekä **Työkappaleet ja apuvälineet** esim. proteesit, sillat, jne., kipsimallit, vahaa, sellakkaa tai muovia olevat purennanrekisteröintimateriaalit, artikulaattorit, okkluudaattorit, kiinnittimet, kasvokaaret, tms.	Desinfiointi ja puhdistus **koneellisella menetelmällä:** valmistajan määräyksen mukaisesti **märkäkemiallisella menetelmällä:** desinfektio ja puhdistus liuoksen asettamalla, huuhdotaan vaikutusajan umpeuduttua juoksevan veden alla, kuivataan tarvittaessa ilmalla	 Laitteen nimi: **Hygojet** Valmiste: **MD 520**, laimentamaton, 10 min **MD 520**, laimentamaton, 5 min	Suusta attamisen jälkeen, ennenkuljetusta hammaslaboratorioon, hammaslaboratoriosta saapumisen jälkeen	
Esineet, joissa on happoliukoinen pintakerros esim. sementit, hammaskiv, oksidikerrokset, juokseteinejäämät	Puhdistus (esim. ultraäänikylvyssä)	 **MD 530**, laimentamaton	Tarvittaessa	
Esineet, joissa on kipsiä tai alginaattia oleva pintakerros	Puhdistus (esim. ultraäänikylvyssä)	 **MD 535**, laimentamaton	Tarvittaessa	
Muuta				
Oraalinen antiseptiikka	Suun huuhtelu tai vanutuppojen kastaminen antiseptisella aineella bakteerien vähentämiseksi potilaan suussa sekä samanaikaisesti vastaanottoliimin infektion estämiseksi	 Valmiste ja annostelu: **OD 600**, laimentamaton (20 ml), 1 min	Ennen kirurgisia toimenpiteitä, kun potilaalla on suurempi infektioriski	Potilas
Pyykki Suojavaatetus DIN 66 083 mukaan, leikkaussalikäsittäin, erityisesti leikkaussaliliinat, leikkaussalivaatteet, työvaatetus	Leikkaussaliin liinat ja leikkaussalivaatteet, suojavaatetus ja tekstiilit, jotka ovat joutuneet kasketuksiin potilaan kanssa, on pestävä yrityksen sisällä tai outsourcing-menetelmässä hyväksyttyä desinfektio-pesumenetelmällä (desinfektiopesuautomaatti EN 13795-1 mukaisesti), leikkaussalin pyykki on sen jälkeen steriloitava sopivalla höyrysterilointimenetelmällä. Työvaatetus on kerättävä riittävän vastustuskykyisin ja tiivisin säiliöihin/säkkeihin ja käsiteltävä termisellä tai kemiallisterm isella desinfektionmenetelmällä	Laitteen nimi: Pesuohjelma: Valmiste, annostelu:	Käytön jälkeen Kontaminaation jälkeen	Yrittäjä
Jätteet Hoito- ja tutkimushuoneista tulevat jätteet	Pistävät, terävät, särkyvät esineet, kehonosat (esim. hampaat, kudokset), vereistä, eritteistä saastunneet jätteet (esim. imukärjet, vanurullat, vanupallot, tms.) sekä ilmoitusvelvollisten sairauksien aiheuttajia sisältävät jätteet on kerättävä välittömästi siellä, missä niitä on syntynyt, pistorakenteisiin, repösäyksiin, kosteutta kestävän ja tiivisän säiliöihin ja toimitettava toiseen säilytyspaikaan siirtämistä ja ilman kajottelua turvallisesti suljetussa säiliössä hävittävälaki polttamalla. Lyijykalvot, vanhat filmit, kiinnityskylvyt, kehittimet, elohopeapitoiset jätteet, vanhat lääkkeet ja paristot toimitetaan jätealan yritysten hävitettäväksi. Sekajätteeksi luokittavat jätteet kerätään eriksean suljettuihin jätesäkkeihin ja hävitetään kunnallisten määräysten mukaisesti.			

* Ei kriittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin ainoastaan ehjän ihon kanssa
** Puolikriittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin limakalvojen tai soirauden vuoksi muuttuneen ihon kanssa
*** Kriittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka tunkeuvuvat ihon tai limakalvon läpi ja joutuvat tällöin kosketuksiin veren, sisäkudosten tai sisäelimien kanssa (mukaan lukien haavat) ja veren, verituotteiden käytön lääkinnälliset tuotteet, mm. steriilit lääkeaineet Poikkeat, joiden epäillään sairastuneen tai jotka ovat sairastuneet tartuvaan spongiformiseen enkefalopatiaan (CJK, vCJK jne.) on hiodettava laiskaisua, joissa on sopivat infektion elikäsymahdollisuudet.
Uudelleen käytettävien instrumenttien ja materiaalien esikäsittelyn saa tehdä vain paikoissa, joilla on ulkoisesti sertifioitu laadunvarmistus DIN EN ISO 13485/13488 mukaan.

Vastaanoton leima / päiväys / yrittäjän allekirjoitus

P09T-001-SB-DGHM-DD-010
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Tämän desinfektio- ja puhdistussuunnitelman on toimittanut
DÜRR DENTAL AG · Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany · www.duerrdental.com
Puhelin +49 71 42/705-0 · Faksi +49 71 42/705-500

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

Vastaanoton desinfiointi- ja puhdistussuunnitelma sekä käsien suojaussuunnitelma

ottaen huomioon työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan määräyksen BGV A1, BGR 250/TRBA 250, BGI 775 ja § 36 Infektiosuojalaki

mitä Kohde, jota huolletaan	miten Toimintatapa	millä Työaine (esim. desinfektioaine, VAH/DGHM-listattu), valmiste, annostus, vaikutusaika	milloin Hygieenisten toimenpiteiden ajankohta, toistuvuus, järjestys	kuka Vastuullisen henkilön nimi ja allekirjoitus
				Instrumentit
Instrumentit ja apuvälineet: • Yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat ja leukaortopediset toimenpiteet, esim. jäljennösluskat, tarjottimet, kasetit, tabletit, lasit, imukanyylit ja irrotettavat imukyrkimet • Kirurgiset, parodontologiset ja endodontiset toimenpiteet, esim. ruiskut, atulat, vivut	**Intsrumenttien käsittely:** 1. Kontaminaatiolta suojatusti **kuljetus** käsittelypaikalle 2. **karkean orgaanisen lian poistaminen** paperipyyhkeellä 3. **Desinfiointi ja puhdistus** 3.1 Märkäkemiallisesti: • Intsrumenttien asettaminen osiin purettuna ja nivelet avattuina, ilmakuplattomasti desinfektio- ja puhdistusaineluokseen (tarvittaessa ultraäänikylpyyn) sisä- ja ulkopuolella kokonaan liuokseen peittoon • Pesu, huuhtelu vaikutusajan päättyttä juoksevan veden alla, kuivaus 3.2 Koneellisesti: • Desinfiointi ja puhdistus puhdistus- ja desinfektiolaitteessa, kuivaus		Käsittely tapahtuu suoraan hoitotoimenpiteiden jälkeen ottaen huomioon riskiarvioinnin ja lääkinnällisten tuotteiden luokituksen	
Pyörivät ja värähtelevät instrumentit: • Yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat ja leukaortopediset toimenpiteet, esim. kiillottimet, porat, jyrsimet, hiomalaitteet, viimeisteliijät • Kirurgiset, parodontologiset ja endodontiset toimenpiteet, esim. endodontia-/parodontologiainstrumentit ja kirurgiset, pyörivät instrumentit	4. Puhtauden, ehjyyden **tarkastus**, tarvittaessa toistetaan vaihe 3 5. **Tunnistus** 6. **Hoito ja kunnostus** 7. **Toiminnan tarkastus** 8. **Merkintä** (vaatimuksen mukaan) 9. **Höyrysterilointi** tehokkaalla, validoidulla menetelmällä: 9.1 Ei kriittiset instrumentit*; höyrysterilointi ei tarvita 9.2 Puolikriittiset instrumentit**; pakkaamattomina tarjottimien päällä, sihtiosat, tabletit, jalustat, kuoriosat, jne. tai pakattuina steriilipakkauksen EN 868 mukaisesti 9.3 Kriittiset instrumentit***, pakattuina steriilipakkauksen EN 868 mukaisesti 10. Lääkinnällisten tuotteiden dokumentointi **hyväksyntä** käyttöä varten 11. Kontaminaatiolta suojattu **varastointi**, varastointiaika EN 868 mukaisesti	Yleisille ja kirurgisille instrumenteille: Pyöriville instrumenteille: Puhdistus- ja desinfektiolaite: Ohjelma: Lämpötila/pitoaika: Höyrysterilointilaite: **autoklaavi** Ohjelma: Lämpötila/pitoaika: Kaappi, vetolaatikko (pölysuojattu)	Puhdistus- ja desinfektiolaitteessa kuivauspäätyys ennen desinfektiota, ei yli 6 tuntia	
Siirtoinstrumentit Käyttö: yleiset, ennaltaehkäisevät, korjaavat, leukaortopediset, kirurgiset, parodontologiset tai endodontiset toimenpiteet, esim. turbiini, käsi- ja kulmakappaleet **Lisälaitteet** Nesteiden ulostulolla/ilman ulostuloa ja/tai ilman tai hiukkasten kanssa, esim. hammaskiven poistolaitteet, jauhesuihkulaitteet, intraoraali kamera, jne.	**Käsitely tapahtuu kuten edellä mainittujen instrumenttien kohdalla (vaihe 3 ja 9 valmistajan ohjeiden mukaan)** Ulkopuoli: pyyhintädesinfektio ja puhdistus Sisäpuoli: puhdistus, hoito (sisäosien öljyäminen) **Koneellinen käsittely:** Desinfektio/puhdistus puhdistus- ja desinfektiolaitteessa, sisäpuolen puhdistus ja sisäosien hoito	Valmiste, laite: Laite: Ohjelma: Lämpötila/pitoaika:	Jokaisen hoitotoimenpiteen ja kontaminaation jälkeen	
				Pinnat
Pinnat ja tattiat Tutkimus- ja hoitohuoneissa (esim. hoitoyksikkö, laitteet, kaapit)	Pinnat desinfioidaan ja puhdistetaan hankaus-pyyhintädesinfektiomenetelmällä (sopivalla märkäpyyhintämenetelmällä). Ei huuhtelua eikä kuivaksi pyyhintää ennen kuin vaikutusaika on päättynyt. Pinnat kostutetaan uudelleen heti, jos ne ovat näkyvästi kuivia	Kertakäyttöpyyhkeillä tai hygienisesti käsitellyillä pyyhkeillä, useaan käyttöön tarkoitetuilla pyyhintäpäällisillä	Työpäivinä (esim. vastaanottopäivän lopussa), lisäksi tarvittaessa	Siivooja, laitoshuoltaja
Esineet ja pienet, potilaan lähellä olevat pinnat, jotka ovat saastuneet ja joita ei voida desinfioida lämpösäisteyllä eikä liuokseen upottamalla (esim. hoitoyksikkö, laitteet, työpinnat, kalusteet, röntgenlaite, valon kahva, intraoraalit filmikotelot)	Pyyhkiminen pikadesinfektioaineella Suihkedesinfektio rajoitetaan alueille, johin ei pyyhkimällä ulotuta Varmista täydellinen kosteuminen, noudata vaikutusaikaa, anna kuivua Puhdistus ja hoito (esim. hoitoyksikkö)		Hoitoalueella jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen ja kontaminaation jälkeen Tarvittaessa	
Ihon suojaussuunnitelma	Määräysten mukaan on oltava käsien pesupaikka, jonka luokse pääsee helposti ja jossa on lämmin ja kylmä jukseva vesi, ihoystävällisen pesuaineen suora-annostelija, käsien desinfektioaine sekä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä. Käsiusi tai rantelaa ei saa olla korutja, kelloja tai sormuksia.			**Iho ja kädet**
Iho, joka on rasittunut • Vesisekaitteisista työaineista, esim. desinfektioaineista, puhdistusaineista, röntgenkehityskemikaaleista • Muista kuin vesisekaitteisista työaineista, esim. orgaanisista liuotinaineista, pesubensiinistä • Kosteuserääntymä ja ihon pehmenemінen (maseratio) esim. suojakäsineiden käytöstä	**Käsien puhdistus:** Juoksevan veden alla automaattisesta annostelijasta saatavalla ihoystävällisellä nestesaippualla, kuivaus kertakäyttöpyyhkeellä **Ihon suojaus ja hoito:** Levitä huolellisesti sormien välin, kynnenreunuksin ja kädensellämyksiin	Ihoystävälliset nestemäiset pesuvalmisteet: Kertakäyttöinen käsipyyhe Suojavaa emulsio W/O Valmiste:	Ennen työn aloitusta, työn päättyytä, kun havaitaan näkyvää likaa, ennen lounastaukoja, jokaisen WC-käynnin jälkeen, aivastuksen, nenän puhdistamisen ja yskimisen jälkeen Tarvittaessa	Kaikki työntekijät Kaikki työntekijät
Iho, ei fysiologinen mikrobikanta esim. bakteereita, sieniä, viruksia	**Käsien hygieninen desinfektio:** Hiero käsien desinfektioainetta CEN/EN 1500 -menetelmän mukaisesti kuivumiseen asti. Käsien on oltava ilmakuivat ennen kuin hoitoalan kertakäyttökäsineet vedetään käsiin. **Käsien kirurginen desinfektio:** Pese käsiä ja käsivarsia kynnärpäihin asti 1 minuutin ajan, harjaa tällöin kynnenaluset ja reunat tarvittaessa. Kostuta kädet ja käsivarret täydellisesti hieromalla (CEN/EN 12791 -menetelmän mukaisesti) ja lisäämällä käsien desinfektioliuosta annokattain ja pidä vaikutusaikana koko ajan kosteana. Käsien on oltava ilmakuivat ennen kuin hoitoalan steriilit kertakäyttökäsineet vedetään käsiin.		Ennen töiden valmistelua, aina ennen hoitotoimenpiteitä ja niiden jälkeen, hoitotoimenpiteen keskeytyessä, työpaikan huohotöiden jälkeen, ennen käsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen Ennen laajoja hammashoidollis-kirurgisia/suukirurgisia toimenpiteitä, ennen kaikkia hammashoidollis-kirurgisia/suukirurgisia toimenpiteitä potilaille, joiden kohdalla lisääntynyt infektioriski	Kaikki työntekijät
				Erikoisalueet
Imulaite, imuletkut (sisäpuoli) **Suunhuuhteluallas** (sisäpuoli)	Puhdistus vesi-ilmaseoksen läpi-imulla, erityisesti kun verta on imetty a) Desinfektio: Ilmasta ja desinfektio/puhdistusaineluoksesta muodostuvan seoksen imu hitaasti läpi b) Puhdistus: Kerääntymien poistaminen (kalkki, bakteerit, jauhesuihkulaitteden suolot) Suunhuuhteluottaan desinfektio ja puhdistus	Kylmä vesi (vähintään 1/2 litraa)	Jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen a) 1- 2 kertaa päivässä, vähintään työpäivän päättyytä b) 1- 2 kertaa viikossa, ennen lounastaukaa Lisäksi tarvittaessa	
Suodattimet **Amalgaaminerotin**	Suodattimen vaihtaminen tai puhdistus valmistajan määräyksen mukaisesti Keräysastian vaihto/tyhjennys ja erotetun aineen hävittäminen valmistajan tietojen mukaisesti	Käytettävä käsineitä Älä koske erottimen saastuneisiin osiin, käytä suojakäsineitä	Käsineitä käytettävä tarvittaessa Tarvittaessa	
Imuletkut (ulkopuoli) **jne.** **Suunhuuhteluallas** (sisä- ja ulkopuoli)	Desinfektio ja puhdistus pyyhkimällä		Jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen	
Jäljennökset esim. alginaatit, silikonit, polyeeterikumi, hydrokolloidit, polysulfidit, jne. sekä **Työkappaleet ja apuvälineet** esim. proteesit, sillat, jne., kipsimallit, vahaa, sellakkaa tai muovia olevat purennanrekisteröintimateriaalit, artikulaattorit, okkluudaattorit, kiinnittimet, kasvokaaret, tms.	Desinfiointi ja puhdistus **koneellisella menetelmällä:** valmistajan määräyksen mukaisesti **märkäkemiallisella menetelmällä:** desinfektio ja puhdistus liuokseen asettamalla, huuhdotaan vaikutusajan umpeuduttua juoksevan veden alla, kuivataan tarvittaessa ilmalla	Laitteen nimi:	Suusta ottamisen jälkeen, ennenkuljetusta hammaslaboratoriooon, hammaslaboratoriosta saapumisen jälkeen	
Esineet, joissa on happoliukoinen pintakerros esim. sementit, hammaskiv, oksidikerrokset, juokseutenejäämät	Puhdistus (esim. ultraäänikylvyssä)		Tarvittaessa	
Esineet, joissa on kipsiä tai alginaattia oleva pintakerros	Puhdistus (esim. ultraäänikylvyssä)		Tarvittaessa	
				Muuta
Oraalinen antiseptiikka	Suun huuhtelu tai vanutuppojen kastaminen antiseptisella aineella bakteerien vähentämiseksi potilaan suussa sekä samanaikaisesti vastaanottoliimin infektion estämiseksi	Valmiste:	Ennen kirurgisia toimenpiteitä, kun potilaalla on suurempi infektioriski	Potilas
Pyykki Suojavaatetus DIN 66 083 mukaan, leikkaussalikellitit, erityisesti leikkaussalilinnat, leikkaussalivaatteet, työvaatetus	Leikkaussalin liinat ja leikkaussalivaatteet, suojavaatetus ja tekstiilit, jotka ovat joutuneet kasketuksin potilaan kanssa, on pestävä yrityksen sisällä tai outsourcing-menetelmässä hyväksyttyä desinfektio-pesumenetelmällä (desinfektiopesuautomaatti EN 13795-1 mukaisesti), leikkaussalin pyykki on sen jälkeen steriloitava sopivalla höyrysterilointimenetelmällä. Työvaatetus on kerättävä riittävän vastustuskykyisin ja tiivisiin säiliöihin/säkkeihin ja käsitellävä termisellä tai kemiallisterm-isella desinfektionmenetelmällä	Laitteen nimi: Pesuohjelma: Valmiste, annostelu:	Käytön jälkeen Kontaminaation jälkeen	Yrittäjä
Jätteet Hoito- ja tutkimushuoneista tulevat jätteet	Pistävät, terävät, särkyvät esineet, kehonosat (esim. hampaat, kudokset), vereistä, eritteistä saastuneet jätteet (esim. imukärjet, vanurullat, vanupallot, tms.) sekä ilmoitusvelvollisten sairauksien aiheuttajia sisältävät jätteet on kerättävä välittömästi siellä, missä niitä on syntynyt, pistonkestävin, nestävyisyyjin, kosteutta kestävin ja tiivisiin säiliöihin ja toimitettava ilman toiseen säilytyspaikan siirtämistä ja ilman lajittelua turvallisesti suljetussa säiliössä hävittävälaki polttamalla. Lyijykalvot, vanhat filmit, kiinnityskylvyt, kehittimet, elohopeapitoiset jätteet, vanhat lääkkeet ja paristot toimitetaan jätealan yritysten hävitettäväksi. Sekajätteeksi luokitettavat jätteet kerätään eriksean suljettuihin jätesäkkeihin ja hävitetään kunnallisten määräysten mukaisesti.			

* Ei kriittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin ainoastaan ehjän ihon kanssa
** Puolikriittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka joutuvat kosketuksiin limakalvojen tai soinuoden vuoksi muuttunuen ihon kanssa
*** Kriittiset lääkinnälliset tuotteet: lääkinnälliset tuotteet, jotka tunkeuvat ihon tai limakalvon läpi ja joutuvat tällöin kosketuksiin veren, sisäkudosten tai sisäelimien kanssa (mukaan lukien haavat) ja veren, verituotteiden käytön lääkinnälliset tuotteet, mm. steriilit lääkeaineet
Pyörivät, joiden epäillään sairastuneen tai joka ovat sairastuneet tartuvaan spongiformiseen enkefalopatiaan (CJK, vCJK jne.) on hävitettava laitoksissa, joissa on sopivat infektion elkäsymahdollisuudet.
Uudelleen käytettävien instrumenttien ja materiaalien esikäsittelyn saa tehdä vain paikoissa, joilla on ulkoisesti sertifioitu laadunvarmistus DIN EN ISO 13485/13488 mukaan.

Vastaanoton leima / päivämäärä / yrittäjän allekirjoitus

F097.001.00.DGHD.00.010
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Tämän desinfektio- ja puhdistussuunnitelman on toimittanut
DÜRR DENTAL AG · Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany · www.duerrdental.com
Puhelin +49 71 42/705-0 · Faksi +49 71 42/705-500

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN